

**Поддерживаемые устройства, прошедшие тестирование:**

№	Устройство		Возможность считывания баркода полиса ОМС	Примечания	Дата тестирования
1.	Huawei	Ascend G 300 U8815	не поддерживается		10.06.2014
2.	Texet	X-navi TM4672	не поддерживается		20.07.2014
3.	Texet	X-navi TM4872 X-medium plus	не поддерживается		20.07.2014
4.	Explay	Golf	не поддерживается		06.06.2015
5.	Asus	Zenfone Go (ZC451TG)	не поддерживается		01.07.2016
6.	HTC	Nexus 9	есть		12.12.2015
7.	Lenovo	Tab 2A7-30	не тестировалась		01.12.2016
8.	Samsung	Galaxy J1 SM-J120F	есть		01.02.2017
9.	Lenovo	Tab3 7 TB3-730X	есть		13.03.2017
10.	Asus	ZenPad C 7.0 P01Y(Z170CG)	не поддерживается		17.03.2017
11.	Lenovo	Tab3 7 Essential 710I	не поддерживается		20.03.2017
12.	Lenovo	A2016a40	не поддерживается		15.05.2017
13.	Fly	FS510 Nimbus 12	есть		17.05.2017
14.	Asus	Zenfone Go X014D (ZB452KG)	не поддерживается	совместим с ПО для Android «Рабочее место врача 3.0» версии 1.2.8 и выше	27.07.2017
15.	Samsung	Galaxy Tab E (SM-T561)	есть		12.10.2017
16.	Asus	Zenfone Live (G552KL/ZA550KL)	есть	при работе через мобильный интернет необходимо проверять, что установлена точка доступа не war .	22.08.2018
17.	Asus	Zenfone Live L1 (ZA550KL)	есть		06.12.2018
18.	Samsung	Galaxy Tab Active SM-T365	есть		13.07.2019
19.	Lenovo	Tab 7 TB-7104I	не поддерживается	рекомендуется использовать опцию выключения Wi-Fi при съеме ЭКГ для предотвращения потерь сигнала Bluetooth.	24.07.2019
20.	Asus	Zenfone Live L1 (G553KL)	есть		03.12.2019
21.	Lenovo	Tab M8 TB-8505F	есть		26.02.2020
22.	Lenovo	Tab M8 TB-8504F	не тестировалась	без сим-карты	16.03.2020
23.	Lenovo	Tab M7 TB-7305X	есть	1) рекомендуется использовать опцию выключения Wi-Fi при съеме ЭКГ для предотвращения потерь сигнала Bluetooth. 2) доступ к загруженным файлам без установки сторонних приложений, можно получить только через «Настройки» - «Хранилище» - «Файлы» - «Download»	06.04.2020
24.	Lenovo	Tab M7 TB-7305I	есть		10.04.2020
25.	Xiaomi	Redmi 7A	есть	установлено много дополнительного ПО, которое может замедлять работу устройства	19.05.2020
26.	HONOR	9S (DUA-LX9)	есть		15.06.2020



№	Устройство		Возможность считывания баркода полиса ОМС	Примечания	Дата тестирования
27.	Samsung	Galaxy A1 (A015F/DF)	есть		18.06.2020
28.	HUAWEI	MatePad T8 (KOB2-L09)	есть	отсутствует PlayMarket, дополнительные приложения можно установить только через браузер	28.07.2020
29.	Xiaomi	Redmi 9A	есть		21.03.2022
30.	Samsung	Galaxy A13 (A135F/DSN)	есть		26.07.2022
31.	MIG	T8 (промышленный планшет)	есть	совместим с ПО для Android «Рабочее место врача 3.0» версии 1.2.26 и выше	20.06.2022
32.	DEXP	Ursus K48	есть	не рекомендуется из-за быстрого разряда аккумулятора, но ПО «Рабочее место врача 3.0» на устройстве работает стабильно	30.11.2022
33.	Realme	Pad mini (RMP2105/LTE)	есть		08.12.2022

Неподдерживаемые устройства:

Digma Plane 7006 4G PS7041 ML
Digma VOX S504 3G VS5016PG
IRBIS TZ871